

Two-Piece Convex Ostomy System with Accordion Flange™

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT DESCRIPTION
The Natura™ Durahesive™ Skin Barrier with Accordion Flange™ system allows the flange to be placed between the stoma and the adhesive while leaving the pouching surface attached to the adhesive. This device is for single use only and should not be re-used. Use one may lead to increased risk of infection and cross contamination. Physical properties of the device may no longer be guaranteed after intended use.

INTENDED USE
Management of stoma output.

INDICATIONS FOR USE
For use with a colostomy, ileostomy or urostomy.

PRECAUTIONS AND OBSERVATIONS
Caution: Patients with a flush urostomy and those with megarectum and the absence of a urinary reservoir, should know that there have been reported cases of adhesive found in the urinary tract. Initiate appropriate clinical management and evaluate the continued use of the adhesive proctector. A leak is detected.

Caution: This device is for single use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection and cross contamination. Physical properties of the device may no longer be guaranteed after intended use.

Caution: A healthcare professional should assess the need for skin barriers with convexity prior to use.

Caution: The tape collar may cause skin irritation for users wearing diapers/nappies. If irritation occurs, consult your healthcare professional.

Caution: Protect the stoma from trauma or injury.

DIRECTIONS FOR USE

1. Your hands and the skin surrounding the stoma must be clean, dry and free from oily substances before applying.

1. Skin Preparation

1.1 Select a wiper with a cutting range that is just larger than the widest diameter of the stoma. (Figure 1a)
1.2 Trace the exact stoma outline onto the wiper release liner. (Figure 1b)
1.3 Cut the skin barrier just outside the tracing. Do not cut beyond the outermost circle. (Figure 1c)
1.4 Run your finger along the inside of the hole along the cut edge to smooth any sharp edges. Be sure that the release liner is still backing the adhesive mass.

2. Applying the Skin Barrier (Figure 2)

1. Remove the release liner from the skin barrier.
2. Center the opening of the skin barrier over the stoma.
3. Apply the skin barrier against the skin around the stoma for 30 seconds.
4. Remove the remaining release liner from the adhesive backing.
5. Smooth in place and remove wrinkles.
6. Wear time may vary.

4. Applying the Pouch

4.1 Separate the pouch flaps to allow air to enter. (Figure 3)
4.2 Hold the Accordion Flange™ with three fingers of both hands.
4.3 Line up the Accordion Flange™ and the pouch flange. (Figure 4)
4.4 Starting at the bottom, gently press around the circumference of the flanges until they snap in place and feel secure. (Figure 5)
4.5 Tap on the pouch to ensure a secure connection.

5. Closing the Pouch

5.1 Drainable Pouches with InvisiClose™ Tail Closure (Figure 6)
Fold the tail closure beginning with the outlet end strip until the interlocking closures overlap. Press the interlocking closures together across the width of the tail and squeeze until you hear them close. If desired, use the pocket inside to conceal the tail closure. (Pocket is available on Natura™ pouches only.)
5.2 Drainable Pouches with Tail Clip (Figure 7)
5.3 Urostomy Pouches with AccuSeal™ Tap (Figure 8)
5.4 Urostomy Pouches with Fold Over Tap (Figure 9)
5.5 Urostomy Pouches with Soft Tap (Figure 10)

6. Emptying the Pouch

6.1 Drainable Pouches with InvisiClose™ Tail Closure (Figure 11)
Unhook the pouch closure and open the tail by pushing in both ends of the outlet end-strips with fingers of both hands.
6.2 Drainable Pouches with Tail Clip (Figure 12)
6.3 Urostomy Pouches with AccuSeal™ Tap (Figure 13)
6.4 Urostomy Pouches with Fold Over Tap (Figure 14)
6.5 Urostomy Pouches with Soft Tap (Figure 15)

7. Connection to Night Drainage System

7.1 AccuSeal™ Tap (Figure 15)
7.2 Fold over Tap (Figure 16)
7.3 Soft Tap (Figure 17)

8. Information about Pouches with Filters

8.1 Cover the filter with the sticker provided when bathing, swimming, etc.
8.2 Remove after water activity.

9. Removing the Pouch (Figure 18)

9.1 **1. Disposal**
Please follow all local disposal regulations.

This device is for single use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection and cross contamination. Physical properties of the device may no longer be guaranteed after intended use.

After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local, state and national regulations.

If during the use of this device or as a result of this incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

© 2021 Convatec Inc.
*indicates trademarks of Convatec Inc.

DEUTSCH

Zweifelsches konvexes Stomaversorgungssystem mit Akkordion-Ring

GERAUCHANLEITUNG

PRODUKT-BESCHREIBUNG
Das Natura™ Durahesive™ Hautschutzhaut mit Akkordion-Ring ermöglicht es, die mit den Fingern verknüpfte Rastung des Rastings zu greifen, während der dieser mit dem großflächigen Rastung des Beutels verbunden wird. Diese Bauteile lassen sich mit einem Natura™ Natura™, Sur-Fit™ Natura™ oder Combhesive™ Natura™ Stomabeutel mit identischer Rastung verwendet werden.

ZWECKBESTIMMUNG
Management von Stomaausscheidungen.

INDIKATIONEN
Für Verwendung bei Kolostomie, Ileostomie oder Urostomie.

WICHTIGES MASSNAHMEN UND BEOBSACHTUNGEN
Wichtig: Bei einem Stoma sollte die Verwendung von Adhäsivprodukten zur Versorgung von Linsinstoma-Besitzern nicht empfohlen werden, da diese bei Wunden und bei dem großflächigen Rastung des Beutels verbunden wird. Diese Bauteile lassen sich mit einem Natura™ Natura™, Sur-Fit™ Natura™ oder Combhesive™ Natura™ Stomabeutel mit identischer Rastung verwendet werden.

Wichtig: Dieses Hilfsmittel ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und sollte nicht wiederverwendet werden. Eine erneute Verwendung könnte zu einem erhöhten Infektionsrisiko und Kreuzkontamination führen. Die physikalischen Eigenschaften dieses Hilfsmittels sind für die bestimmungsgemäße Verwendung nicht mehr optimal.

Eine medizinische Fachkraft sollte die Notwendigkeit für die Verwendung eines konvexen Hautschutzes vor dem Gebrauch prüfen.

Schützen Sie das Stoma vor Trauma und Verletzungen.

GERAUCHANLEITUNG

1. **Vorbereitung der Haut vor dem Anbringen der Stomaversorgung**

1.1 Wählen Sie eine Basislagefläche, die größer als Ihre Stomagröße ausscheidet ist. (Abb. 1a)
1.2 Zeichnen Sie den exakten Umriss des Stomas auf die Alkoholverleiher der Basislage. (Abb. 1b)
1.3 Schneiden Sie den Umriss entlang. Schneiden Sie dabei über den äußeren Kreis hinaus. (Abb. 1c)
1.4 Führen Sie mit dem Finger einmal über die Schnittfläche, um eventuell scharfe Kanten zu glätten. Prüfen Sie, ob die Alkoholverleiher immer noch die gesamte Hautfläche bedeckt.

2. Anbringen der Basislage (Abb. 2)

1. Entfernen Sie die Abdeckung von der Hautschutzhaut.
2. Zentrieren Sie die Öffnung der Basislage über dem Stoma.
3. Drücken Sie die Basislage für 30 Sekunden an die Stoma umgebende Haut herum an.
3.1 Bei Handversagen eines Handrands entfernen Sie anschließend auch den Handranger des Hautschutzes.
3.2 Streichen Sie den Handrand glatt und stellen Sie sicher, dass er fahrradfrei angebracht ist.
3.3 Drücken Sie die Basislage, solange sie komfortabel und sicher ist. Die Tragzeit kann variieren.

3. Anbringen des Beutels

1. Ziehen Sie Beutelflächen leicht auseinander, damit Luft eindringen kann. (Abb. 3)
2. Greifen Sie mit drei Fingern beider Hände unter den Akkordion-Rastung.
3. Richten Sie den Akkordion-Rastung des Beutels mit dem großflächigen Rastung des Beutels aufeinander aus. (Abb. 4)
4. Verbinden Sie die beiden Rastungen, indem Sie mit den Daumen leichten Druck auf den Akkordion-Rastung ausüben. Sie die „Clicken“ hören, wenn Sie verbunden sind.
5. Drücken Sie die Beutelflächen aufeinander zusammen. (Abb. 5)
6. Überprüfen Sie, ob Beutel und Basislage fest miteinander verbunden sind. Ziehen Sie leicht an dem Beutel.

5. Verschließen des Beutels

5.1 Ausstülpen mit InvisiClose™ Verschluss (Abb. 6)
5.2 Ziehen Sie den Verschluss mit den Endstreifen beginnend, bis die Beutelflächen übereinander liegen. Drücken Sie den Verschluss-Streifen über die gesamte Länge zusammen, bis sie fest miteinander verbunden sind. (Abb. 7)
5.3 Ziehen Sie den Akkordion-Rastung des Beutels mit dem großflächigen Rastung des Beutels aufeinander aus. (Abb. 8)
5.4 Ausstülpen mit Klammer (Abb. 8)
5.5 Urostomiebeutel mit Knickverschluss (Abb. 9)
5.6 Urostomiebeutel mit Softverschluss (Abb. 10)

6. Entleeren des Beutels

6.1 Ausstülpen mit InvisiClose™ Verschluss (Abb. 11)
Öffnen Sie den Verschluss und fassen Sie das Beutelende vollständig auf, indem Sie die beiden Endstreifen auseinander ziehen. Drücken Sie die Beutelenden und Zögelfinger zusammen. Entfernen Sie den Beutel.
6.2 Ausstülpen mit Klammer (Abb. 12)
6.3 Urostomiebeutel mit Knickverschluss (Abb. 13)
6.4 Urostomiebeutel mit Softverschluss (Abb. 14)
6.5 Urostomiebeutel mit Hahn (Abb. 15)

7. Anschluss an einen Nachbeutler

7.1 Mit Hahn (Abb. 15)
7.2 Mit Knickverschluss (Abb. 16)
7.3 Mit Softverschluss (Abb. 17)

8. Informationen über Beutel mit Filter

8.1 Wählen Sie den Filter beim Baden, Schwimmen usw. mit dem mitgelieferten Aufkleber ab.
8.2 Entfernen Sie den Aufkleber nach dem Baden, Schwimmen usw. wieder.

9. Entfernen des Beutels (Abb. 18)

9.1 **1. Entsorgung**
Bitte beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.
Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung kann erhöhtes Infektionsrisiko und Kreuzkontamination führen. Die physikalischen Eigenschaften des Produkts sind nach möglicherweise nicht mehr optimal für den bestimmungsgemäßen Einsatz.
Nach einer Verwendung dieses Produkts möglichweise eine Biogefährdung dar. Es muss gemäß allgemein anerkannter medizinischer sowie anwendungsbekannter lokaler Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.
Nach jeder Verwendung dieses Produkts sollte die Verwendung einer Schutzbrille empfohlen sein, dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden.
© 2021 Convatec Inc.
*indicates trademarks of Convatec Inc.

ITALIANO

Sistema per Stoma Duo Pezzi con Piacca Convexa e Soffietto

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La placca Natura™ con Durahesive™ e l'Anello a Soffietto permette di inserire la dia tra la barriera cutanea e il pannello per agganciare il sacco e lasciare il pannello stesso attaccato alla sacca Natura™, Natura™, Sur-Fit™ Natura™ o Combhesive™ Natura™ della stessa misura.

USO PREVISTO
Gestione delle emissioni dallo stoma.

INDICAZIONI PER L'USO
Per chi con colostomia, ileostomia o urostomia.

PRECAUZIONI/OSSERVAZIONI
È necessario prestare la massima attenzione quando si impiegano prodotti adesivi intorno ad una urostomia non operante, specialmente quando associa a megarectum ed in assenza di un reservoir urinario. In alcuni casi, c'è stata riscontrata la presenza di sostanze adesive nel sistema di raccolta rene di questi pazienti. In caso di ricorrenza di una massa nel tratto urinario, valutare se il dispositivo ostoma non sia l'origine dell'infiammazione e del ricambio.

Il dispositivo è monouso e non può essere riutilizzato. Il riutilizzo potrebbe causare infezioni o contaminazione crociata. Il dispositivo potrebbe non avere la stessa efficacia di un prodotto di nuova confezione.

Attenzione

• Prima dell'utilizzo di una barriera cutanea convessa un operatore sanitario dovrebbe valutare la necessità.
• Il contatto adesivo potrebbe causare irritazione cutanea. In caso di irritazione tagliare il contatto e rimuovere la barriera.
• Proteggere lo stoma da traumi o urti.

ISTRUZIONI D'USO

1. Prima dell'applicazione del dispositivo, mani e cute peristomiale devono essere pulite, asciutte e prive di sostanze oleose.

Preparazione della placca

1.1 Stendere la misura della placca il cui foro di apertura una volta ritagliata lascia un bordo di protezione idroisolante intorno allo stoma. (Figure 1a)
1.2 Ritagliare la sagoma esatta dello stoma sulla carta protettiva posizionata sul retro della placca. (Figure 1b)
1.3 Riappare la placca appena oltre la sagoma tracciata. Non ritagliare oltre il cerchio più esterno. (Figure 1c)
1.4 Smussare con i diti i bordi del foro ritagliato. In questa fase la carta protettiva non deve essere rimossa dalla barriera.

Applicazione della placca (Figure 2)

1. Rimuovere la carta protettiva dal retro della barriera.
2. Centrare il foro di apertura sullo stoma.
3. Apporre la placca sulla cute premendo delicatamente per 30 secondi.
4. Rimuovere la restante carta protettiva dal circuito.
5. Spianare la barriera in situ e rimuovere eventuali grinze.
6. Valutare l'adesione e la sicurezza del prodotto e il tempo di utilizzo può variare.

4. Applicazione della sacca

4.1 Separare le pouch flaps to allow air to enter. (Figure 3)
4.2 Hold the Accordion Flange™ with three fingers of both hands.
4.3 Line up the Accordion Flange™ and the pouch flange. (Figure 4)
4.4 Starting at the bottom, gently press around the circumference of the flanges until they snap in place and feel secure. (Figure 5)
4.5 Tap on the pouch to ensure a secure connection.

5. Closing the Pouch

5.1 Drainable Pouches with InvisiClose™ Tail Closure (Figure 6)
Fold the tail closure beginning with the outlet end strip until the interlocking closures overlap. Press the interlocking closures together across the width of the tail and squeeze until you hear them close. If desired, use the pocket inside to conceal the tail closure. (Pocket is available on Natura™ pouches only.)
5.2 Drainable Pouches with Tail Clip (Figure 7)
5.3 Urostomy Pouches with AccuSeal™ Tap (Figure 8)
5.4 Urostomy Pouches with Fold Over Tap (Figure 9)
5.5 Urostomy Pouches with Soft Tap (Figure 10)

6. Emptying the Pouch

6.1 Drainable Pouches with InvisiClose™ Tail Closure (Figure 11)
Unhook the pouch closure and open the tail by pushing in both ends of the outlet end-strips with fingers of both hands.
6.2 Drainable Pouches with Tail Clip (Figure 12)
6.3 Urostomy Pouches with AccuSeal™ Tap (Figure 13)
6.4 Urostomy Pouches with Fold Over Tap (Figure 14)
6.5 Urostomy Pouches with Soft Tap (Figure 15)

7. Connection to Night Drainage System

7.1 AccuSeal™ Tap (Figure 15)
7.2 Fold over Tap (Figure 16)
7.3 Soft Tap (Figure 17)

8. Information about Pouches with Filters

8.1 Cover the filter with the sticker provided when bathing, swimming, etc.
8.2 Remove after water activity.

9. Removing the Pouch (Figure 18)

9.1 **1. Disposal**
Please follow all local disposal regulations.

This device is for single use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection and cross contamination. Physical properties of the device may no longer be guaranteed after intended use.

After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local, state and national regulations.

If during the use of this device or as a result of this incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

© 2021 Convatec Inc.
*indicates trademarks of Convatec Inc.

PORTUGUESA

Sistema para ostomia de duas peças, convexo com anel acordeão

INDICAÇÕES DE USO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

4.1 Far entrar nel seu interior uma pequena quantidade de água, distendendo-a levemente. (Figure 3)
4.2 Tratar a ligação a Soffietto com o dedo e de entrar pela mani.
4.3 Alinhar o pannello de Durahesive e Soffietto e premendo delicadamente se utilizá-lo com a sacca Natura™, Natura™, Sur-Fit™ Natura™ o Combhesive™ Natura™ com a mesma medida.

4.4 Enquanto o bolso estiver exercendo uma leve pressão retirar a tampa da circunferência da flange fino al circuito incastato. (Figure 5)
4.5 Tapar la sacca per accertarsi del corretto aggancio.

5. Chiusura della sacca

5.1 Sacca a fondo aperto con chiusura InvisiClose™ (Figure 11)
5.2 Sacca a fondo aperto con chiusura InvisiClose™ (Figure 11)
5.3 Sacca a fondo aperto con morsetto. (Figure 12)
5.4 Sacca per urostomia con rubinetto AccuSeal™ (Figure 8)
5.5 Sacca per urostomia con tubicino a gomito. (Figure 14)
5.6 Sacca per urostomia con rubinetto Soft Tap. (Figure 10)

6. Svuotamento della sacca

6.1 Sacca a fondo aperto con chiusura InvisiClose™ (Figure 11)
6.2 Sacca a fondo aperto con chiusura InvisiClose™ (Figure 11)
6.3 Sacca a fondo aperto con morsetto. (Figure 12)
6.4 Sacca per urostomia con rubinetto AccuSeal™ (Figure 13)
6.5 Sacca per urostomia con tubicino a gomito. (Figure 14)
6.6 Sacca per urostomia con rubinetto Soft Tap. (Figure 10)

7. Connessione alla sacca da notte

7.1 Rubinetto AccuSeal™ (Figure 15)
7.2 Tubicino a gomito. (Figure 14)
7.3 Rubinetto Soft Tap. (Figure 10)

8. Informazioni sulle sacche con filtro

8.1 Coprire il filtro con l'adesivo fornito quando si bagna, si nuota, si nuota, ecc.
8.2 Rimuovere il bollino adesivo al termine dell'attività.

9. Rimozione della sacca (Figure 19)

1.1. **Smaltimento**
Attenersi alle normative locali.
Il presente dispositivo è esclusivamente monouso e non deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezioni o di contaminazione crociata. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezioni o di contaminazione crociata. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezioni o di contaminazione crociata.

Dopo l'uso, il prodotto può rappresentare un potenziale rischio biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto in conformità con le prassi mediche accettate e con tutte le leggi e le normative locali applicabili.

Se, durante l'uso di questo dispositivo o in conseguenza del suo utilizzo, si verificasse un infortunio o una lesione, segnalare la problematica al produttore e all'autorità nazionale competente.

© 2021 Convatec Inc.
*indicates trademarks of Convatec Inc.

FRANÇAIS

Appareil pour Stomie, deux-pièces Convexe avec Soufflet

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le système à deux pièces avec soufflet permet de placer la barrière cutanée et le sac de collecte ensemble, tout en laissant la barrière cutanée attachée au sac. Le système à deux pièces permet de placer la barrière cutanée et le sac de collecte ensemble, tout en laissant la barrière cutanée attachée au sac.

UTILISATION PRÉVUE
Gestion de l'évacuation stomacale.

INDICATIONS
Pour une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.

PRÉCAUTIONS ET OBSERVATIONS
Attention : Les patients dont l'urostomie est stable, surtout s'ils s'accompagnent de mégarectum et en l'absence d'un réservoir urinaire, doivent être informés de l'existence de cas de présence d'adhésif dans les voies urinaires. Dans ce cas, il est recommandé de consulter votre professionnel de santé. Il est recommandé de consulter votre professionnel de santé.

Après utilisation, ce produit peut représenter un risque biologique potentiel. Manipuler et éliminer ce produit en conformité avec les pratiques médicales acceptées et toutes les lois et réglementations locales applicables.

Si, pendant l'utilisation de ce dispositif, ou en conséquence de son utilisation, un incident ou une blessure se produit, signalez le problème au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

© 2021 Convatec Inc.
*indicates trademarks of Convatec Inc.

NEEDERLANDS

Tweedeel Convex Stoma systeem met Accordion Flange™

Gebruiksaanwijzing

Product beschrijving
De Natura Durahesive™ huidplaat met accordeon flens maakt het gemakkelijk om het zakje aan de buidel te bevestigen. Het gebruikte deelsel maakt voor de huidplaat en het zakje van de volgende merken: Natura™, Natura™, Sur-Fit™ Natura™ of Combhesive™ Natura™ zakjes.

VOORZORGSMAATREGELEN:
Na gebruik van dit apparaat kan er een risico op kruiscontaminatie bestaan. Het gebruik van dit apparaat kan er een risico op kruiscontaminatie bestaan.

Na gebruik van dit apparaat kan er een risico op kruiscontaminatie bestaan. Het gebruik van dit apparaat kan er een risico op kruiscontaminatie bestaan.

© 2021 Convatec Inc.
*indicates trademarks of Convatec Inc.

DEUTSCH

Zweifelsches konvexes Stomaversorgungssystem mit Akkordion-Ring

GERAUCHANLEITUNG

PRODUKT-BESCHREIBUNG
Das Natura™ Durahesive™ Hautschutzhaut mit Akkordion-Ring ermöglicht es, die mit den Fingern verknüpfte Rastung des Rastings zu greifen, während der dieser mit dem großflächigen Rastung des Beutels verbunden wird. Diese Bauteile lassen sich mit einem Natura™ Natura™, Sur-Fit™ Natura™ oder Combhesive™ Natura™ Stomabeutel mit identischer Rastung verwendet werden.

ZWECKBESTIMMUNG
Management von Stomaausscheidungen.

INDIKATIONEN
Für Verwendung bei Kolostomie, Ileostomie oder Urostomie.

WICHTIGES MASSNAHMEN UND BEOBSACHTUNGEN
Wichtig: Bei einem Stoma sollte die Verwendung von Adhäsivprodukten zur Versorgung von Linsinstoma-Besitzern nicht empfohlen werden, da diese bei Wunden und bei dem großflächigen Rastung des Beutels verbunden wird. Diese Bauteile lassen sich mit einem Natura™ Natura™, Sur-Fit™ Natura™ oder Combhesive™ Natura™ Stomabeutel mit identischer Rastung verwendet werden.

Wichtig: Dieses Hilfsmittel ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und sollte nicht wiederverwendet werden. Eine erneute Verwendung könnte zu einem erhöhten Infektionsrisiko und Kreuzkontamination führen. Die physikalischen Eigenschaften dieses Hilfsmittels sind für die bestimmungsgemäße Verwendung nicht mehr optimal.

Eine medizinische Fachkraft sollte die Notwendigkeit für die Verwendung eines konvexen Hautschutzes vor dem Gebrauch prüfen.

Schützen Sie das Stoma vor Trauma und Verletzungen.

GERAUCHANLEITUNG

1. **Vorbereitung der Haut vor dem Anbringen der Stomaversorgung**

1.1 Wählen Sie eine Basislagefläche, die größer als Ihre Stomagröße ausscheidet ist. (Abb. 1a)
1.2 Zeichnen Sie den exakten Umriss des Stomas auf die Alkoholverleiher der Basislage. (Abb. 1b)
1.3 Schneiden Sie den Umriss entlang. Schneiden Sie dabei über den äußeren Kreis hinaus. (Abb. 1c)
1.4 Führen Sie mit dem Finger einmal über die Schnittfläche, um eventuell scharfe Kanten zu glätten. Prüfen Sie, ob die Alkoholverleiher immer noch die gesamte Hautfläche bedeckt.

2. Anbringen der Basislage (Abb. 2)

1. Entfernen Sie die Abdeckung von der Hautschutzhaut.
2. Zentrieren Sie die Öffnung der Basislage über dem Stoma.
3. Drücken Sie die Basislage für 30 Sekunden an die Stoma umgebende Haut herum an.
3.1 Bei Handversagen eines Handrands entfernen Sie anschließend auch den Handranger des Hautschutzes.
3.2 Streichen Sie den Handrand glatt und stellen Sie sicher, dass er fahrradfrei angebracht ist.
3.3 Drücken Sie die Basislage, solange sie komfortabel und sicher ist. Die Tragzeit kann variieren.

3. Anbringen des Beutels

1. Ziehen Sie Beutelflächen leicht auseinander, damit Luft eindringen kann. (Abb. 3)
2. Greifen Sie mit drei Fingern beider Hände unter den Akkordion-Rastung.
3. Richten Sie den Akkordion-Rastung des Beutels mit dem großflächigen Rastung des Beutels aufeinander aus. (Abb. 4)
4. Verbinden Sie die beiden Rastungen, indem Sie mit den Daumen leichten Druck auf den Akkordion-Rastung ausüben. Sie die „Clicken“ hören, wenn Sie verbunden sind.
5. Drücken Sie die Beutelflächen aufeinander zusammen. (Abb. 5)
6. Überprüfen Sie, ob Beutel und Basislage fest miteinander verbunden sind. Ziehen Sie leicht an dem Beutel.

5. Verschließen des Beutels

5.1 Ausstülpen mit InvisiClose™ Verschluss (Abb. 6)
5.2 Ziehen Sie den Verschluss mit den Endstreifen beginnend, bis die Beutelflächen übereinander

