

FlexiSeal[™] FECAL COLLECTOR

with hydrocolloid adhesive

Fecal collector with hydrocolloid adhesive /
Collector fecal con adhesivo hidrocoloide /
Collecteur fécal avec adhésif hydrocolloïde /
Fäkalkollektor mit Hydrokolloid-Hautschutz /
Collettore fecale con adesivo idrocoloide /
Fekal oppsamlingspose med hydrokolloid kleber /
Fekalpåse med hydrokolloid vidhäftning /
Ulosteenkeräyspussi ihoon kiinnittyvällä
hydrokolloidi reunuksella /
Fækalopsamlingspose med hydrokolloidklæber /
Hidrokolloid yapışkanlı fekal kollektör

ConvaTec

ENGLISH

PRODUCT DESCRIPTION

The Flexi-Seal[™] Fecal Collector is comprised of a hydrocolloid adhesive with a “fabric-like” tape border, and a tapered pouch with a drainage port and deodorizing filter.

INDICATION

For use on non-ambulatory patients who are incontinent of loose or semi-formed stool.

CONTRAINDICATION

Use on patients with a known sensitivity to the adhesive, collector, or components.

PATIENT POSITIONING

The patient should be placed in a side lying position, either right or left side, with the upper knee up toward the chest to expose the perianal area.

SKIN PREPARATION

Cleanse perianal skin well with warm water. If soaps or skin cleansers are used, rinse well. Make sure there is no paste residue on the skin from a previous Collector.

Carefully clip any perianal hair growth close to the skin with scissors.

The Hydrocolloid adhesive may be used to fill crevices and skin irregularities. Apply a ring of paste around the edge of the pre-cut opening on the Collector, not on the patient’s skin and wait approximately one minute before applying the Collector to skin.

COLLECTOR APPLICATION

If necessary, enlarge pre-cut opening on the barrier. The opening should be just slightly larger than the size of the anus to allow for anal dilatation.

Remove the release paper from the skin barrier only; leave release paper on tape border. Fold the skin barrier in half lengthwise to allow for the best application.

DO NOT TOUCH THE ADHESIVE WITH YOUR FINGERS

Separate the patient’s buttocks and place the narrowed portion of the skin barrier against the perineum.

Secure the skin barrier around the anus first and then the area between the anus and the perineal area by pressing firmly and molding the skin barrier with the hand.

Fit the Collector skin barrier to the area between the anus and the coccyx by pressing firmly and molding the skin barrier with the hand.

Remove the release paper from the tape border, smooth into place on the top buttock. Smooth tape into place on the remaining buttock. If the tape border impinges on the vagina or scrotum, carefully trim the tape border with a pair of scissors.

Hold firmly in place for approximately one minute to assure a secure fit.

COLLECTOR POSITION

Smooth Collector Pouch material between patient’s legs, avoiding wrinkling of material or pressure areas.

COLLECTOR USAGE

For Liquid Stool

When using bedside drainage: Attach the open cap end of the drainage tap to the end of the drainage tube of a bedside drainage bag.

For ambulation: Disconnect bedside drainage and close cap.

For Semi-Formed Stool

Cut off lower end of Collector immediately above the drainage tap and use the enclosed tail closure to close the Collector.

To attach the tail closure, fold the tail of the Collector over the “knife” edge of the closure *only once*. Hold in place. Press firmly on raised bar until it snaps securely closed. To remove closure, separate “knife” edges from bar.

Open and close the tail closure, as needed, to drain the collector. Do not allow the Collector to become more than one-third full.

Cleaning the Collector

The Collector can be rinsed while in place through the bottom with warm tap water until clean.

REMOVAL OF THE COLLECTOR

Gently peel the skin barrier away from the patient’s skin while applying light pressure on the adjacent skin with your free hand.

Fold the skin barrier in half so that it adheres to itself and discard in an appropriate waste receptacle.

The Flexi-Seal[™] Fecal Collector can remain in place up to 48 hours, provided it is secure.

This device is for single-use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination. Physical properties of the device may no longer be optimal for intended use.

If during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local laws and regulations.

HOW SUPPLIED

Flexi-Seal[™] Fecal Collector
Box of 10

Order No. 650078

For more information about this and other ConvaTec products and services, call us toll free at: 1-800-422-8811, Monday through Friday, 8:30 AM to 5 PM, Eastern Time. In Canada, please call 1-800-465-6302. Our Professional Services Department will be happy to answer your questions.

ESPAÑOL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Colector tiene integrado un adhesivo hidrocoloide con un borde adhesivo que asemeja una tela. La bolsa tiene además una válvula para drenaje y un filtro con acción desodorante.

INDICACIÓN

Para usarse en pacientes no ambulatorios que sean incontinentes con defecación suelta o semi-formada.

CONTRAINDICACIÓN

No usar en pacientes con sensibilidad conocida al adhesivo, al colector o a los componentes.

COLOCACION DEL PACIENTE

Deberá recostarse de lado al paciente, ya sea del derecho o del izquierdo, con la rodilla que queda encima doblada hacia el pecho, para dejar expuesta la región perianal.

PREPARACION DE LA PIEL

Limpie la piel que circunda al ano, con agua tibia. Si utiliza algún jabón o limpiadores, enjuáguelos perfectamente. Asegúrese de que no queden residuos de pasta del colector anterior.

Retire con tijeras el vello que haya crecido en la piel que está alrededor del ano.

Puede utilizar el hidrocoloide con un borde adhesivo para rellenar cualquier pliegue o irregularidad cutánea que esté dentro del área perianal. Coloque un anillo de pasta alrededor de las orillas del orificio precortado en el colector, no sobre la piel del paciente, y espere aproximadamente un minuto antes de aplicar el colector sobre la piel.

APLICACION DEL COLECTOR

Si fuera necesario, amplíe el orificio precortado en la barrera protectora. El orificio deberá ser ligeramente más grande que la medida del ano, para permitir la dilatación anal.

Quitar el papel de respaldo solamente de la barrera dérmica; dejar el papel de respaldo en el margen de la cinta. Para una mejor aplicación, debe doblar la barrera de piel por la mitad y a lo largo.

NO DEBE TOCAR EL ADHESIVO CON LOS DEDOS

Separe los glóteos del paciente y coloque la parte más angosta de la barrera protectora contra el perineo.

Primero adhiera bien la barrera protectora alrededor del ano y después en el área que está entre el ano y la zona peri-anal. Oprima la barrera con firmeza y módelala con la mano.

Adapte la barrera protectora del colector sobre el área que está entre el ano y el cóccix, oprimiéndola y módeándola con la mano.

Retire el papel que protege las orillas de la barrera; frote ligeramente para adherirla sobre el glúteo. Si la orilla adhesiva queda encima de la vagina o del escroto, recórtela cuidadosamente con unas tijeras.

Una vez colocado el colector, oprima sobre el adhesivo durante un minuto para asegurar un buen sellado.

POSICION DEL COLECTOR
Alise la bolsa del colector entre las piernas del paciente, procurando que el material no se arrugue y que no quede sobre áreas sensibles a presión.

USO DEL COLECTOR

Para materia fecal líquida

Cuando utilice una bolsa de drenaje nocturno: Conecte la válvula de vaciado que está en el extremo inferior del colector, a la válvula de la bolsa para drenaje.

Para uso ambulatorio: Desconecte el colector de la bolsa para drenaje y cierre la válvula de vaciado.

Para materia fecal semisólida

Recorte el extremo inferior de la bolsa del colector y utilice la Pinza ConvaTec para cerrarla.

Para colocar la pinza, ábrala en ángulo recto y sobre la barra lisa, coloque el extremo inferior de la bolsa. Sosténgalo ahí y cierre la pinza oprimiendo con firmeza hasta escuchar cómo encaja y cierra con seguridad. Para quitar la pinza, con ambas manos, separe el reborde de la barra. La pinza se puede abrir y cerrar tantas veces como sea necesario, para vaciar el colector. No permita que el colector se llene más de una tercera parte de su capacidad.

Limpieza del Colector

El colector puede enjuagarse al estar puesto. Por la parte inferior del colector, vierta agua tibia hasta que quede limpio.

REMOCION DEL COLECTOR

Con suavidad despegue de la piel del paciente la barrera protectora. Conforme vaya desprendiéndola, oprima simultáneamente la piel adyacente.

Doble la barrera protectora a la mitad, de manera que las caras adhesivas se peguen una contra la otra y deseché el colector en un basurero apropiado.

El Colector Flexi-Seal[™] permanecer puesto hasta 48 horas, siempre y cuando provea seguridad.

Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección o contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto.

Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas y la legislación y los reglamentos locales.

PRESENTACIONES

Flexi-Seal[™] Collector Fecal

Caja con 10 colectores

Código No. 650078

Si usted desea recibir mayor información sobre este producto, comuníquese con el Departamento de Servicios Profesionales de ConvaTec, al 1-800-422-8811.

FRANÇAIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le collecteur Flexi-Seal[™] pour incontinence fécale est un sac allongé muni d'un adhésif hydrocoloïde, d'une pellicule adhésive semblable à du tissu et doté d'un dispositif de drainage et d'un filtre désodorisant.

INDICATION

Patients altités souffrant d'incontinence fécale (selles molles ou insuffisamment moulées).

CONTRE-INDICATION

Patients présentant une hypersensibilité connue à l'adhésif, au collecteur ou à ses composants.

POSITION DU PATIENT

Placer le patient en position allongée sur le côté gauche ou droit, le genou du dessus plié jusqu'à la poitrine, pour dégager la région perianale.

PRÉPARATION DE LA PEAU

Bien nettoyer la peau de la région périnéale à l'eau tiède. Rincer à fond pour élever tout résidu de savon ou de produit nettoyant. Retirer les résidus de pâte provenant du collecteur précédent.

Couper soigneusement, avec des ciseaux, tous les poils de la région périnéale près de la racine.

MISE EN PLACE DU COLLECTEUR

Au besoin, agrandir l'ouverture du collecteur en coupant la barrière cutanée. L'ouverture devrait être légèrement plus large que l'anus pour ne pas entraver la dilatation.

Ne retirer que le papier protecteur de la barrière cutanée; laisser la pellicule de protection de la bordure adhésive. Pour faciliter la mise en place du collecteur, plier la barrière cutanée en deux verticalement.

Utiliser l'adhésif hydrocoloïde en présence de fissures et de plis cutanés. Appliquer un anneau de pâte autour de l'ouverture prédécoupée du collecteur, et non pas sur la peau du patient, puis attendre environ une minute avant de mettre le collecteur en place.

NE PAS TOUCHER L'ADHÉSIF AVEC LES DOIGTS

Séparer les fesses du patient et appliquer la partie étroite de la barrière cutanée sur le périnée.

Appliquer d'abord la barrière cutanée autour de l'anus et ensuite sur la région périnéale. Appuyer fermement sur la barrière cutanée pour qu'elle épouse la forme du corps.

Appliquer ensuite la barrière cutanée sur la région située entre l'anus et le coccyx en appuyant fermement dessus pour qu'elle épouse la forme du corps.

Retirer la bande de papier qui protège la bordure adhésive et appliquer soigneusement sur la fesse supérieure et ensuite sur la fesse inférieure. Couper soigneusement, à l'aide de ciseaux, la portion de la bordure qui empiète sur le vagin ou le scrotum.

Exercer une pression ferme pendant environ une minute pour bien fixer le collecteur.

POSITION DU COLLECTEUR

Insérer le collecteur entre les jambes du patient et bien serrer pour éviter les plis du sac ou les froissements sur les points de compression.

UTILISATION DU COLLECTEUR

Selles liquides

Drainage nocturne: Attacher l'ex trémité ouverte de la bonde de drainage à la tubulure du sac de drainage nocturne.

Déplacements: Retirer le dispositif de drainage de l'adaptateur et le refermer.

Selles molles

Couper l'embout du collecteur juste au-dessus de la bonde de drainage et le refermer à l'aide de l'attache incluse dans l'emballage.

Pour refermer le collecteur, enrouler *une seule fois* l'embout autour de la tige de l'attache. Maintenir en place. Abaisser la barre de l'attache jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

Pour retirer l'attache, séparer les deux branches l'une de l'autre.

Ouvrir et refermer l'attache, selon les besoins, pour vider le collecteur. Ne pas laisser le collecteur se remplir à plus du tiers de sa capacité.

Nettoyage

On peut rincer le collecteur sans l'enlever. Nettoyer par l'ouverture du bas avec de l'eau tiède.

RETRAIT DU COLLECTEUR

Retirer délicatement la barrière cutanée en appuyant légèrement sur la peau adjacente à l'aide de la main libre.

Replier la barrière cutanée sur elle-même et la jeter dans le contenant approprié.

Le collecteur Flexi-Seal[™] pour incontinence fécale peut être laissé en place jusqu'à 48 heures s'il est solidement attaché.

Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'usage prévu.

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

POUR COMMANDER CE PRODUIT

Collecteur Flexi-Seal[™] pour incontinence fécale

Boîte de 10

N° de commande 650078

Si vous avez des questions à poser sur ce produit ou sur tout autre produit ou service ConvaTec, n'hésitez pas à nous téléphoner sans frais au 1-800-422-8811, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, heure normale de l'est. Au Canada, composez le 1-800-465-6302. Le personnel de notre service à la clientèle sera heureux de répondre à vos questions.

DEUTSCH

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Flexi-Seal[™] Fäkalkollektor besteht aus einem Hydrokolloid-Hautschutz, einer mikroporösen Klebefläche mit stoffähnlicher Oberfläche und einem nach unten spitz zulaufenden Beutel mit integriertem Aktivkohlefilter.

ANWENDUNGSGEBIETE

Für die Anwendung bei stationären Patienten, die an Stuhlinkontinenz leiden und flüssigen oder halbflüssigen Stuhl ausscheiden.

GEGENANZEIGEN

Gebrauch vermeiden bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Haftgelatine, den Kollektor oder Bestandteile des Kollektors.

POSITIONIERUNG DES PATIENTEN

Der Patient wird mit angezogenen Knien entweder in die rechte oder linke Seitenlage gebracht.

VORBEREITUNG DER HAUT

Reinigen Sie den perianalen Bereich mit warmem Wasser. Falls Sie zur Reinigung Seife oder andere Reinigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, daß diese ausreichend abgespült werden. Entfernen Sie eventuelle Pastenrückstände.

Schneiden Sie mit einer Schere alle Haare im perianalen Bereich vorsichtig ab. Um Hautunehlichkeiten auszugleichen, kann Hydrokolloid-Hautschutz verwendet werden. Sie tragen einen Ring der Paste um die vorgestanzte Öffnung des Hautschutzes auf (nicht auf die Haut des Patienten) und warten ca. 1 Minute, bevor Sie den Kollektor anbringen.

ANBRINGEN DES KOLLEKTORS

Falls nötig, dehnen Sie die Öffnung des Hautschutzes so, daß sie etwas größer als der Anus ist, um somit eine Dilatation des Anus zu gewährleisten.

Entfernen Sie das Abziehpapier nur vom Hautschutz; belassen Sie jedoch das Schutzpapier an der mikroporösen Klebefläche. Falten Sie den Hautschutz längs, bevor Sie ihn anbringen.

VERMEIDEN SIE DAS BERÜHREN DES HAUTSCHUTZES!

Heben Sie eine Gesäßhälfte an, und bringen Sie die schmale Stelle des Hautschutzes am Perineum an.

Bringen Sie den Hautschutz zunächst um den Anus an und halten ihn für einige Sekunden fest angedrückt. Entfernen Sie nun das restliche Abziehpapier vom Hautschutz.

Drücken Sie nun den Hautschutz im perianalen Bereich und im Bereich zwischen Anus und Steißbein nach außen hin fest an.

Entfernen Sie das Schutzpapier von der mikroporösen Klebefläche, und streichen Sie sie fest. Schneiden Sie falls notwendig die Klebefläche im Bereich der Hoden bzw. Vagina aus.

Halten Sie die gesamte Adhäsivfläche. 1 Minute fest angedrückt.

PLAZIERUNG DES KOLLEKTORS

Legen Sie den Beutel zwischen die Beine des Patienten. Achten Sie darauf, daß sich keine Falten bilden oder Druckbereiche entstehen.

GEBRAUCH DES KOLLEKTORS

Bei flüssigem Stuhl

Bei Verwendung eines zusätzlichen Drainagebeutels: Verbinden Sie den Beutelverschluss des Fäkal-Kollektors mit dem Verbindungsstück des Drainagebeutels.

Beim Verlassen des Bettes kann der Beutel mit der Kappe sicher verschlossen werden.

Bei halbgeformtem Stuhl

Schneiden Sie das untere Ende des Fäkal-Kollektors ab und schließen Sie ihn mit der beigefügten Klammer.

Halten Sie die Klammer mit der rechten Hand am Angelpunkt fest und legen das Beutelende einmal über den dünnen Klammerteil. Schließen Sie die Klammer und überzeugen Sie sich, daß sie fest eingerastet ist.

Öffnen Sie die Klammer, indem Sie die beiden Endstücke auseinanderziehen.

Die Klammer kann beliebig oft geöffnet und geschlossen werden. Achten Sie darauf, daß der Beutel nicht mehr als ein Drittel gefüllt ist.

Reinigung des Kollektors

Der Beutel kann, während er getragen wird, mit warmem Wasser solange gespült werden, bis er sauber ist.

ABNEHMEN DES KOLLEKTORS

Nehmen Sie den Beutel ab, indem Sie ihn langsam abziehen und gleichzeitig mit der freien Hand einen leichten Gegendruck auf die Haut ausüben.

Falten Sie den Hautschutz so zusammen, daß er ein in sich geschlossenes System darstellt, und entsorgen Sie ihn in angemessener Weise.

Der Flexi-Seal[™] Fäkal-Kollektor kann bis zu 48 Stunden verbleiben, vorausgesetzt eine sichere Haftung ist gewährleistet.

Bitte innenliegende Gebrauchsanweisung beachten.

Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung kann erhöhtes Infektionsrisiko oder Kreuzkontaminierung zur Folge haben. Die physischen Eigenschaften des Produkts sind dann möglicherweise nicht mehr optimal für den Verwendungszweck geeignet.

Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden.

Nach seiner Verwendung stellt dieses Produkt möglicherweise eine Biogefährdung dar. Es muss gemäß allgemein anerkannter medizinischer Praxis sowie anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.

PACKUNGSGRÖßE

Flexi-Seal[™] Fäkalkollektor
10 Stck./Packung REF. No. 650078

ITALIANO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il Raccogliatore Flexi-Seal[™] per Feci è composto da un adesivo idrocolloideale con un cerotto bordato in tessuto non tessuto e una sacca ridotta munita di apertura per il drenaggio e filtro abbattidodore.

INDICAZIONI

Per pazienti non deambulanti e incontinenti con feci liquide o semi-liquide.

CONTROINDICAZIONI

Da non utilizzare su pazienti con nota sensibilità all'adesivo, al sistema di raccolta oppure ai relativi componenti.

POSIZIONE DEL PAZIENTE

Il paziente deve essere sdraiato lateralmente, sulla destra o sulla sinistra, con il ginocchio piegato verso il petto per meglio esporre la zona perianale.

PREPARAZIONE DELLA CUTI

Pulire bene la cute perianale con acqua calda. Se si usa sapone o detergente cutaneo, si consiglia di sciacquare bene la parte. Assicurarsi che non ci siano residui di pasta Stomahesive sulla cute.

Tagliare accuratamente i peli perianali vicino alla cute con le forbici.

Se necessario, usare il adesivo idrocolloideale per riempire ragadi o irregolarità della cute. Applicare della pasta intorno al bordo del foro pretagliato sul Raccogliatore, e non sulla cute del paziente, e aspettare circa un minuto prima di posizionare il Raccogliatore sulla cute.

APPLICAZIONE DEL RACCOLGITORE

Se necessario, allargare il foro pretagliato sulla barreria. Il foro dovrebbe essere leggermente più grande della misura dell'ano per permettere la dilatazione anale.

Rimuovere la carta protettiva solamente dalla barreria cutanea; lasciare la carta protettiva sul supporto posto intorno al dispositivo. Piegare a metà e per lungo la barreria cutanea per una migliore applicazione.

EVITARE IL CONTATTO DELLA DITA CON LA PARTE ADESIVA

Separare le natiche del paziente e posizionare la parte stretta della barreria cutanea sul perineo.

Applicare la barreria cutanea prima intorno all'ano e poi sulla zona tra l'ano e la zona perianale premendo con decisione e modellando la barreria cutanea con la mano.

Staccare la carta protettiva dal bordo del cerotto e posizionarlo sulla natica superiore. Modellare il cerotto sul resto della natica. Tagliare i bordi del cerotto con le forbici se danno fastidio alla vagina o allo scroto.


Premere in loco con decisione per circa un minuto per assicurare un'adesione perfetta.

POSIZIONAMENTO DEL RACCOLGITORE


Adagiare bene la Sacca del Raccogliatore tra le gambe del paziente evitando grinze o pressione sulla zona.

USO DEL RACCOLGITORE

Per Feci Liquide



For å feste lukkeklemmen, brett enden av posen over "kniv-eggen" på klemmen *kun en gang*. Hold den på plass. Press hardt på den opphevde delen inntil den smekker i lås. For å fjerne lukkeklemmen, skilles "kniv-eggen" fra den andre delen av klemmen



Åpne og lukke poseklemmen etter behov for å tømme oppsamlingsposen. Unngå at oppsamlingsposen blir mer enn en tredel full.

Rengjøring av oppsamlingsposen

Oppsamlingsposen kan skylles med varmt springvann gjennom bunnen av posen inntil den er ren, mens den sitter på plass.

FJERNING AV OPPSAMLINGSGPOSEN

Løse hudbeskyttelsesmaterialett forsiktig fra pasientens hud, samtidig som man legger et lett trykk på tilgrensende hud med den frie hånden.

Brett klebeflaten på midten slik at den kleber til seg selv, og kast produktet i en egnet avfallsbeholder.



Flexi-Seal™ Fecal Oppsamlingspose kan sette på plass i opp til 48 timer, så lenge den sitter godt på plass.

Denne enheten er til engangsbruk og må ikke brukes flere ganger. Gjenbruk kan føre til økt risiko for infeksjon eller krysskontaminasjon. Enhetens fysiske egenskaper er kanskje ikke lenger optimale for den tiltenkte bruken.

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse ved bruk av denne enheten eller som resultat av dens bruk, skal det rapporteres til produsenten og til din nasjonale myndighet.

Etter bruk kan dette produktet potensielt være biologisk farlig. Håndter og kasser i henhold til akseptert medisinsk praksis og gjeldende lokale lover og forskrifter.

BESTILLINGSINFORMASJON

Flexi-Seal™ Fecal Oppsamlingspose

Eske à 10 stk.

Best.nr.: 650078

For mer informasjon om dette og andre ConvaTec produkter og tjenester, ring oss på gratis grønt nummer: 800 30 995. Mandag-Fredag, 08.30 til 16.00. Vår Kundeserviceavdeling vil med glede svare på alle spørsmål.

SV SVENSKA

PRODUKT BESKRIVNING

Flexi-Seal™ Fecal p  se best  r av en hydrokolloid vidh  ftning med en "tylgliknande" kant, og en t  mbar p  se med ett luktborttagande filter.


INDIKATION

F  r patienter som   r avf  ringsinkontinenta med tunn eller halvtunn avf  ring.

KONTRAINDIKATION


Anv  ndning p   patienter med k  nd   verk  nslighet mot vidh  ftning, oppsamlingsp  sen eller dess komponenter.

POSITIONERING AV PATIENTEN



Patienten b  r plasseres p   sidan i liggende st  llning, antingen h  ger eller v  nster sida, med det   vre kn   upp mot br  stet f  r att exponera perianala omr  det.

F  RBEREDELSE



Reng  r huden kring anus noga med varmt vatten. Om tv  l eller reng  ringsmedel anv  nds, sk  j v  l. Kontrollera att det inte finns n  gra klister rester kvar p   huden.

Klipp noggrant bort ev perianal h  rv  xt med en sax.

Den hydrokolloida vidh  ftningen kan anv  ndas f  r att fylla ut h  dsprickor. Applicera en ring av pasta runt kanten p   oppsamlingsp  sen, inte p   patientens hud, och v  nta ungef  r en minut innan oppsamlingsp  sen f  sts p   huden.

APPLICERING AV UPPSAMLINGSP  SE

Om det beh  vs, f  rstora den f  rstansade   ppningen p   den hydrokolloida ytan.   ppningen ska vara precis n  got st  rre   n storleken av anus f  r att m  jligg  ra anal dilatation.




Avl  gsna det p  pperet fr  n den hydrokolloida ytan. L  t p  ppet sitta kvar runt kanten. V  k oppsamlingsp  sen i h  lften p   l  ngden f  r att m  jligg  ra enkel applicering...



R  R INTE DEN VIDH  FTANDE YTAN MED FINGRARN  

Separera patientens skinkor och applicera f  kalp  sen.



S  kra hudbarri  ren runt anus f  rst och sedan omr  det mellan anus och perinealomr  det genom att trycka fast och formning hudbarri  ren med handen.

S  kra hudbarri  ren runt anus f  rst och sedan omr  det mellan anus och perineum genom att trycka och forma f  rsiktigt.



Avl  gsna det p  pperet fr  n den vidh  ftande ytan. Om den vidh  ftande ytan angr  nsar mot vagina eller pung, klipp noggrant gr  nsen med en sax.


H  ll f  kalp  sen stadigt p   plats i ungef  r en minut f  r att s  kerst  lla en s  ker passform.

UPPSAMLINGSP  SEN POSITION

F  kalp  sens position b  r vara mellan patientens ben,detta f  r att undvika skrynkling av materialet eldr skapa tryck p   tryckutsat-ta omr  den.

ANV  NDNING AV UPPSAMLINGSP  SE


F  r flytande avf  ring.




Anv  ndning vid s  ngkanten: Koppla ihop oppsamlingsp  sen med kopplingen p   en dr  nagep  se.inage tube of a bedside drainage bag.

Vid f  rflyttningar: Koppla ifr  n dr  nering och st  ng p  sen.


F  r halvflytande avf  ring




Klipp av nedre   nden av f  kalp  sen ovanf  r avt  ppningskranen och anv  nd medf  ljande f  r st  ngning av oppsamlingsp  sen.



F  r att undvika l  ckage, fixera medf  ljande kl  mma   ver p  sens distala   nde. Tryck samman kl  mman tills du h  r ett klick.



  ppna och st  ng f  r att t  mma f  kalp  sen. Fyll endast f  kalp  sen till en tredjedel.



RENG  RING AV F  KALP  SEN
Oppsamlingsp  sen kan sk  ljas medan den sitter p   plats genom b  ften med varmt kranvatten tills den   r ren.


AVL  GSNANDE AV F  KALP  S

Dra/lyft f  rsiktigt den vidh  ftande ytan bort fr  n patientens hud medan ett l  tt tryck mot huden med handen.

V  k hudbarri  ren p   mitten s   att den f  ster mot sig sj  lvt och kasta f  kalp  sen i en l  mplig avfallsbeh  llare enligt lokale rekommendationer..



Flexi-Seal™ f  kal p  se kan, n  r den sitter s  kert, sitta p   plats upp till 48 timmar



Denna produkt   r endast avsedd f  r eng  ngsbruk och f  r inte   teranv  ndas.   teranv  ndning kan ge upphov till en   kad risk f  r infektion eller korskontaminering.   teranv  ndning kan leda till att produktens fysikaliska egenskaper inte l  ngre   r optimaala f  r den avsedda anv  ndningen.

Om det under anv  ndningen av den h  r enheten eller som ett resultat av dess anv  ndning intr  ffar en allvarig incident ska den rapporteras till tiliverkaren och till din nationella tillsynsmyndighet.

Efter anv  ndningen kan produkten vara en potentiell biologisk risk. H  ntera och kassera den i enlighet med vedert  gen medicinsk praxis och g  llande lokala lagar och best  mmelser.

LEVERANS  TT

Flexi-Seal™ f  kalp  se

10st-f  rp  

Order No. 650078

F  r mer information om Flexi-Seal™ f  kalp  se eller andra ConvaTec produkter och t  jner, ring ConvaTec kundservice 020 – 21 22 22 eller maila kundservice p   : convatec.kundservice@convatec.com Vi besvarar g  rna dina fr  gor.

fi SUOMI

TUOTEKUVAUS

Flexi-Seal™ tyhjenn  tt  v  ss   ulosteener  ryspussissa on kiinnit-tyv   hydrokolloidireunus ja kankaanomainen teippinauha sek   suodatin.

INDIKAATIO

Ei lukkuville potilailla joilla ulosteinkontinenssia.

KONTRAINDIKAATIO

Potilaat joilla yliherkkyys hydrokolloidille, tiippi materiaaleille, with a known sensitivity to the adhesive, collector, or components.

POTILAAN ASENTO

Potilas makaa joko oikella tai vasemmalla kyjell  , ylempi jalka koukussa.



IHOON VALMISTELU


Puhdista perinataali alue lampim  ll   vedell  , jos k  yt  t saippuaa tai ihonpuhdistusaineita, huuhtele hyvin.



Huomioi, ett   iho on hyvin kuivattu ennen Flexi-Seal™ ker  ryspussin asettamista. Varmista ett   iholle ole j   mi   liima-aineista edellisen ker  ryspussin k  yt  n j  lkeen. Poista ihokarvat varovasti perinataalialueelta. Laita pastaa ulostenker  ryspussin avoimelle reunukselle, ei potilaan iholle ja odota noin yhden minuutin ajan ennenkun kiinnit   ker  ryspussin reunuksen ihoon.

ULOSTEENER  RYSPUSSIN K  YTT  


Tarvittaesaa voit suurentaa pussin aukkoa. Aukon tulee olla hieman per  aukkoa suurempi mahdollistaen anaali dilataation.




Irroita suojapaperi vain sisemm  st   renkasta, j  t   suoja pari ulompaan teippireunaan. Taita reunus pitkitt  in kun kiinnit  t ker  ryspussin ihoon

  L   KOSKE KIINNITYV    N REUNUKSEEN K  S  N

Erota potilaan pakarat toisistaan, aseta k   nnetty reunus v  lillihaan.



Varmista reunuksen kiinnitys ensin per  aukon ymp  rill   ja sitten per  aukon ja v  lillihaan v  liss  ll   alueella k  s  n painellen ja suotoillen hydrokol-loidireunus ihon my  t  ksiksi.



Irroita paperi teippireunuksesta, kiinnit   reunus pakaraan, jos teippireunus osuu tarttuen vaginan alueella tai kivespussihin, irroita se varovasti sak-silla.




Pid   tuotteen reunusta paikallaan noin minuutin ajan varmistaen n  in pysyv  n kiinnityksen.

ULOSTEENKER  RYSPUSSIN SUIJAINTI


Potilaan j  lkeen v  liss   sile  ni siten, ett   pussiin kohdistu painetta.

K  ytt  


Nestem  inen uloste:




Kun k  yt  t s  nkypussia, kiinnit   avoin korkki tyhjennysletkuun Potilaan siirron ajaksi irroita tyhjennysletku ja sulje korkki..




Katkaise alempi osa ulosteener  ryspussista tyhjennysshanen yläpuolelta.



K   nn   pussi yhden kerran pussin sulkijan ymp  ri ja paina pussin sulkijaa tiukasti kunnes se napsahtaa kiinni. Taita pussin loppuosa vain kerran. Pid   paikallaan. Paina kunnes napsahtaa kiinni Kin irroitat sulkimen, irroita katkaistu pala Tarvittaessa voit avat sulkimen kun tyhjenn  t pussin.



K   nn   pussi yhden kerran pussin sulkijan ymp  ri ja paina pussin sulkijaa tiukasti kunnes se napsahtaa kiinni. Taita pussin loppuosa vain kerran. Pid   paikallaan. Paina kunnes napsahtaa kiinni Kin irroitat sulkimen, irroita katkaistu pala Tarvittaessa voit avat sulkimen kun tyhjenn  t pussin.




K  ryspussi ei saa t  ytt  ty yht   kolmasosaa enemp   .



K  ryspussin voi huuhdella pohjan kautta l  mpim  ll   vedell  , kun se on asetettu paikoilleen.

ULOSTEENKER  RYSPUSSIN IRROITTAMINEN
Irroita reunus varovasti painaen toisella k  dell   ihoa samanaikaisesti.

Taita reunus kaksinkerroin jolloin se tarttuu itseens   ja h  vit   k  ytetty pussi sairaalan j  tteenk  sittelyohjeistuksen mukaisesti.



Flexi-Seal™ ulosteener  ryspussin k  ytt  aika on 48 tuntia.



L  ite on kertak  ytt  inen, eik   sit   saa k  ytt    uudelleen. Uudelleen-k  ytt   saattaa johtaa lis   ntyneeseen infektion tai ristikontaminaa-tion vaaraan. L  itteen ominaisuudet eiv  t ehk   en   ole optimaaliset tarkoitettua k  ytt    varten.

Jos l  itteen k  yt  n aikana tai seurauksena tapahtuu vakava tapaus, ilmoita siit   valmistajalle ja kansalliselle vastaavalle viranomaiselle.

K  yt  n j  lkeen t  m   tuote saattaa olla biologisesti vaarallista j  tett  . K  sitteile ja h  vit   hyv  ksytyjen l   ketieteellisten k  yt  ntien seka suositeltujen paikkailisten lakien ja m   r  sten mukaisesti.

Suositellut

Flexi-Seal™ ulosteener  ryspussi

10 kpl/ laatikko

Tilausnumero 650078

Lis  tietoja ConvaTec tuotteista saat tilauksest. fi@convatec.com tai soittamalla n  umeroon 020 7659 600

da DANSK

PRODUKT BESKRIVELSE

Flexi-Seal™ f  kalopsamlingsposen best  r af en hydrokolloid hudk  ber med en stoffignende k  bekant, en t  mbar pose og et filter.


INDIKATIONER

Til inkontinente patienter med tynd eller halvtynd aff  ring.


KONTRAINDIKATIONER

Patienter med kendt overf  lsomhed over for k  bermaterialet eller andre komponenter i opsamlingsposen.


PATIENTPOSITIONERING



F  RBEREDELSE AF HUDEN



Rens omhyggeligt den perianale hud med varmt vand. Skyl efter hvis s  ber eller andre hudrens  midler er anvendt. Sorg for at der ikke sidder k  berester p   huden fra tidligere opsamlingspose.




Med en s  k klippes omhyggeligt evt. perianal h  rv  kst t  t p   huden.

Hydrokolloidk  beren kan bruges til at udfylde spr  kker og uj  vnheder i huden. F  for en ring af pasta rundt i kanten af det forst  ndede hul i opsamlingsposen, ikke p   patientens hud og vent ca. et minut for p  s  tning af opsamlingsposen.

P  S  TNING AF OPSAMLINGSGPOSE




Om n  dvendigt kan det forst  ndede hul i k  beren klippes st  rre. For at anus skal kunne udvide sig, skal h  llet i k  beren v  re lidt st  rre end st  rrelsen p   anus.




Fjern f  rst d  kpapiret p   hudk  beren; lad d  kpapiret p   stofk  beren blive siddende. Fold hudk  beren sammen p   midten i l  ngderetningen for at sikre den bedste applicering.

R  R IKKE K  BEREN MED FINGRENE.

Spred patientens balder og plac  r hudk  beren mod periton  um.



Fastg  r f  rst hudk  beren rundt om anus og dern  st omr  det mellem anus og det perianale omr  de ved at trykke og modellere hudk  beren fast med h  nden.



Fjern d  kpapiret fra stofk  beren og fastg  r den p   balden. Hvis stofk  beren rammer mod vagina eller scrotum, tilklippes stofk  beren med en s  ks.


For sikre god vedh  ftning holdes opsamlingsposen p   plads med h  nden i ca. et minut.

PLACERING AF OPSAMLINGSGPOSEN


Plac  r opsamlingsposen mellem patientens ben, s   den ikke giver tryk p   huden og undg   kink p   opsamlingsposen.

BRUG AF OPSAMLINGSGPOSE


Ved tynd aff  ring:




Hos sengeliggende patienter: K  bl studsen p   opsamlingsposens   dlob til slangen p   en t  m-bar sengepose.




Hos oppeg  ende patienter: Fjern den t  mbarre sengepose og luk studsen p   opsamlingsposen.




Klip den nederste del af opsamlingsposen af umiddelbart ovenfor posens dr  nagestuds og brug den medf  lgende lukkeklemme til at lukke opsamlingsposen.




Lukkeklemmen anvendes p   f  lgende m  de: Start med at   bne lukkeklemmen. P  s  t lukkeklemmen ved at folde opsamlingsposens   dlob   n gang rundt om den nederste del af lukkeklemmen.



Luk lukkeklemmen ved at presse den   verste del af lukkeklemmen ned mod den anden, indtil der h  res et klik. For at fjerne lukkeklemmen   bnes denne igen



For at t  mme opsamlingsposen   bnes og lukkes lukkeklemmen efter behov. Opsamlingsposen b  r t  mmes, n  r den er maksimalt   4 fuld.



Reng  ring af opsamlingsposen:
Ved behov kan opsamlingsposen skylles og reng  res med lunkent vand gennem dr  nagestudsen, mens den sidder p  .

FJERNELSE AF OPSAMLINGSGPOSEN
Fjern forsigtigt hudk  beren fra patientens hud samtidig med at der med den frie h  nd l  gges et let tryk p   den omkringliggende hud.

Fold hudk  beren sammen p   midten, s   den k  ber mod sig selv og bortskaf opsamlingsposen i henhold til lokale rutiner for bortskaffelse af medicinsk aff  ld.



Flexi-Seal™ f  kalopsamlingsposen m   side p   i op til 48 timer, foruds  t at den sidder sikkert.

Dette produkt er kun til engangsbrug og m   ikke genbruges. Genbrug kan medf  re   get risiko for infektion eller krydskontaminering. Produktets fysiske egenskaber vil muligvis ikke l 